

Sintesi Risultati del Laboratorio

Nome Contatto DR. PELLEGRINO VINCENZO
Email v.pellegrino@tin.it

Fax

Laboratorio	ITA1275 LABORATORIO DR.P.PIGNATELLI SRL	Pagina	1 / 2
Esercizio	3 di 3	Stampato in Data	2014/01/24

Programma	Celiachia (AICO432)						Scadenza Risultati	2013/ott/30						
ID Iscrizione	Risultato	Codice Problema	Statistiche Gruppo Omogeneo					Codice Gruppo Omogeneo: Descrizione	Criteri di Elaborazione					
			Risultati Pervenuti	Risultati GO	Media	DS	CV(%)		IDS	Flag	Risultati GO	IP	Target	DS

AGA IgA UA/mL

84908	SM:Fluorescenza																	
A	79,2	🚩	43	7	26,257	6,959	26,5	7,61	SM:Fluorescenza	🚩	7	3,80	26,257	6,959	26,5	7,61	12,33 - 40,18	Media Gruppo Omogeneo ± 2 DS
B	58,8	🚩	43	7	22,457	4,775	21,3	7,61	SM:Fluorescenza	🚩	7	3,81	22,457	4,775	21,3	7,61	12,90 - 32,01	Media Gruppo Omogeneo ± 2 DS

AGA IgG UA/mL

84908	SM:Fluorescenza																	
A	> 250	22	44	9	263,222	68,193	25,9		SM:Fluorescenza		9		263,222	68,193	25,9		126,83 - 399,61	Media Gruppo Omogeneo ± 2 DS
B	> 250	22	44	9	160,000	39,090	24,4		SM:Fluorescenza		9		160,000	39,090	24,4		81,81 - 238,18	Media Gruppo Omogeneo ± 2 DS

tTG IgA UA/mL

84908	ME:Immunodosaggio																	
A	> 250	22	53	36	68,821	25,800	37,5		ME:Immunodosaggio		36		68,821	25,800	37,5		17,22 - 120,43	Media Gruppo Omogeneo ± 2 DS
B	164		53	45	26,594	13,785	51,8	9,97	ME:Immunodosaggio	🚩	45	4,98	26,594	13,785	51,8	9,97	0 - 54,17	Media Gruppo Omogeneo ± 2 DS

tTG IgG UA/mL

84908	ME:Immunodosaggio																	
A	> 250	22	26	14	63,178	14,637	23,2		ME:Immunodosaggio		14		63,178	14,637	23,2		33,90 - 92,46	Media Gruppo Omogeneo ± 2 DS
B	63,2		26	16	20,875	4,781	22,9	8,85	ME:Immunodosaggio	🚩	16	4,43	20,875	4,781	22,9	8,85	11,31 - 30,44	Media Gruppo Omogeneo ± 2 DS

Programma	Celiachia (AICO432)						Scadenza Risultati	2013/ott/30			
ID Iscrizione	Risultato	Codice Problema	Flag	Risultati Pervenuti	Risultati GO	Risultati Accettabili	Risposta % GO: Metodo/Sottometodo	Strumento			Reagente

Flag di Elaborazione: 🚩 NE - risultato non elaborato; - criteri di elaborazione ecceduti; 🚩 - outlier statistico; N/A - Non Applicabile

Codici Gruppo Omogeneo(GO): AR-tutti i risultati; ME-metodo; SM-sottometodo; RM-ditta reagente; RG-gruppo reagente; RE-reagente; IM-ditta strumento; IG-gruppo strumento; ID-modello strumento

Codici Problema: 1(Mancata risposta); 2(Esito negativo - Richiesta di Esclusione); 11(AI di sotto del limite di sensibilità); 22(Risultato superiore al limite della curva); 33(Analizzatore guasto); 66(Campione non idoneo); 88(Test sospesi durante l'esercizio);

Assistenza Oneworld Accuracy

support.it@oneworldaccuracy.com | tel +39 090.9023290 | fax +39 090.9023315 | www.oneworldaccuracy.com

Viale Regina Margherita 5 bis Messina, ME, 98122, ITALIA

Sintesi Risultati del Laboratorio

Laboratorio	ITA1275 LABORATORIO DR.P.PIGNATELLI SRL	Pagina	2 / 2
Esercizio	3 di 3	Stampato in Data	2014/01/24

Programma	Celiachia (AICO432)	Scadenza Risultati	2013/ott/30	
ID Iscrizione	Risultato Codice Flag Risultati Risultati Risultati	Risposta % GO: Metodo/Sottometodo	Strumento	Reagente
	Problema	Pervenuti GO Accettabili		

EMA IgA

84908

ID Iscrizione	Risultato	Codice	Flag	Risultati Pervenuti	Risultati GO	Risultati Accettabili	Risposta %	GO: Metodo/Sottometodo	Strumento	Reagente
A	Positivo - Alto			41	1	Positivo - Medio	0%	ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad PhD	Bio-Rad Kallestad
						Positivo - Alto	100%			
						Positivo	0%			
B	Positivo - Medio			41	1	Positivo - Basso	0%	ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad PhD	Bio-Rad Kallestad
						Positivo - Medio	100%			
						Positivo - Alto	0%			
						Positivo	0%			

Flag di Elaborazione: ❖ NE - risultato non elaborato; - criteri di elaborazione ecceduti; ● - outlier statistico; N/A - Non Applicabile

Codici Gruppo Omogeneo(GO): AR-tutti i risultati; ME-metodo; SM-sottometodo; RM-ditta reagente; RG-gruppo reagente; RE-reagente; IM-ditta strumento; IG-gruppo strumento; ID-modello strumento

Codici Problema: 1(Mancata risposta); 2(Esito negativo - Richiesta di Esclusione); 11(AI di sotto del limite di sensibilità); 22(Risultato superiore al limite della curva); 33(Analizzatore guasto); 66(Campione non idoneo); 88(Test sospesi durante l'esercizio);

Assistenza Oneworld Accuracy

support.it@oneworldaccuracy.com | tel +39 090.9023290 | fax +39 090.9023315 | www.oneworldaccuracy.com

Viale Regina Margherita 5 bis Messina, ME, 98122, ITALIA