

## Sintesi Risultati del Laboratorio

Nome Contatto DR. PELLEGRINO VINCENZO  
Email v.pellegrino@tin.it

Fax

Laboratorio	ITA1275 LABORATORIO DR.P.PIGNATELLI SRL	Pagina	1 / 6
Esercizio	3 di 3	Stampato in Data	2014/01/24

Programma	Autoimmunit Reumatologica (AIRH432)					Scadenza Risultati	2013/ott/30							
ID Iscrizione	Risultato	Codice Problema	Statistiche Gruppo Omogeneo					Codice Gruppo Omogeneo: Descrizione	Criteri di Elaborazione					
			Risultati Pervenuti	Risultati GO	Media	DS	CV(%)		IDS	Flag	Risultati GO	IP	Target	DS

### Anti-ENA Screening U/mL

84910

A	5,6		8	4	0,63	0,50	80,3	AR:All Results	NE
B	4,4		8	6	5,22	2,03	39,0	AR:All Results	NE

### Ab Anti-ds-DNA U/mL

84910

A	1		9	1	997,00			SM:Fluorescenza	NE
B	1,0		9	1	1,00			SM:Fluorescenza	NE

### Ab Anti-ENA Sm U/mL

84910

A	< 0,2	11	8	4	0,45	0,48	105,9	AR:All Results	NE
B	> 8,0	22	8	7	55,11	45,59	82,7	AR:All Results	NE

### Ab Anti ENA Sm/RNP U/mL

84910

A	< 0,2	11	2	1	0,00			AR:All Results	NE
B	> 8,0	22	2					AR:All Results	NE

### Ab Anti ENA Ro/SSA U/mL

84910

A	0,2		9	5	0,42	0,38	90,4	AR:All Results	NE
B	< 0,2	11	9	6	0,37	0,37	101,0	AR:All Results	NE

### Ab Anti ENA Ro52 U/mL

84910

A	< 0,2	11	1					AR:All Results	NE
B	< 0,2	11	1					AR:All Results	NE

Flag di Elaborazione: ❖ NE - risultato non elaborato; ⚠ - criteri di elaborazione ecceduti; 📍 - outlier statistico; N/A - Non Applicabile

Codici Gruppo Omogeneo(GO): AR-tutti i risultati; ME-metodo; SM-sottometodo; RM-ditta reagente; RG-gruppo reagente; RE-reagente; IM-ditta strumento; IG-gruppo strumento; ID-modello strumento

Codici Problema: 1(Mancata risposta); 2(Esito negativo - Richiesta di Esclusione); 11(AI di sotto del limite di sensibilità); 22(Risultato superiore al limite della curva); 33(Analizzatore guasto); 66(Campione non idoneo); 88(Test sospesi durante l'esercizio);

### Assistenza Oneworld Accuracy

support.it@oneworldaccuracy.com | tel +39 090.9023290 | fax +39 090.9023315 | www.oneworldaccuracy.com

Viale Regina Margherita 5 bis Messina, ME, 98122, ITALIA

## Sintesi Risultati del Laboratorio

Laboratorio	ITA1275 LABORATORIO DR.P.PIGNATELLI SRL	Pagina	2 / 6
Esercizio	3 di 3	Stampato in Data	2014/01/24

Programma		Autoimmunit Reumatologica (AIRH432)						Scadenza Risultati				2013/ott/30		
ID Iscrizione	Risultato	Codice Problema	Statistiche Gruppo Omogeneo					Codice Gruppo Omogeneo: Descrizione	Criteri di Elaborazione					
			Risultati Pervenuti	Risultati GO	Media	DS	CV(%)		IDS	Flag	Risultati GO	IP	Target	DS

### Ab Anti ENA Ro60 U/mL

84910

A	< 0,2	11	1	1	0,20			AR:All Results	❖	NE
B	< 0,2	11	1					AR:All Results	❖	NE

### Ab Anti ENA La/SSB U/mL

84910

A	< 0,2	11	9	3	0,33	0,17	52,0	AR:All Results	❖	NE
B	< 0,2	11	9	6	0,22	0,24	111,8	AR:All Results	❖	NE

### Ab Anti ENA Sci-70 U/mL

84910

A	< 0,2	11	9	4	0,35	0,30	85,7	AR:All Results	❖	NE
B	< 0,2	11	9	6	0,12	0,22	180,3	AR:All Results	❖	NE

### Ab Anti ENA Jo-1 U/mL

84910

A	< 0,2	11	8	4	0,50	0,45	90,7	AR:All Results	❖	NE
B	< 0,2	11	8	5	0,26	0,37	143,3	AR:All Results	❖	NE

### Ab Anti ENA CENP-B U/mL

84910

A	< 0,2	11	5	2	1,25	1,20	96,2	AR:All Results	❖	NE
B	< 0,2	11	5	2	0,25	0,24	96,2	AR:All Results	❖	NE

### Ab Anti-P-Ribosomiale U/mL

84910

A	< 0,2	11	1					AR:All Results	❖	NE
B	< 0,2	11	1					AR:All Results	❖	NE

Flag di Elaborazione: ❖ NE - risultato non elaborato; ☹ - criteri di elaborazione ecceduti; ● - outlier statistico; N/A - Non Applicabile

Codici Gruppo Omogeneo(GO): AR-tutti i risultati; ME-metodo; SM-sottometodo; RM-ditta reagente; RG-gruppo reagente; RE-reagente; IM-ditta strumento; IG-gruppo strumento; ID-modello strumento

Codici Problema: 1(Mancata risposta); 2(Esito negativo - Richiesta di Esclusione); 11(AI di sotto del limite di sensibilità); 22(Risultato superiore al limite della curva); 33(Analizzatore guasto); 66(Campione non idoneo); 88(Test sospesi durante l'esercizio);

### Assistenza Oneworld Accuracy

support.it@oneworldaccuracy.com | tel +39 090.9023290 | fax +39 090.9023315 | www.oneworldaccuracy.com

Viale Regina Margherita 5 bis Messina, ME, 98122, ITALIA

## Sintesi Risultati del Laboratorio

Laboratorio	ITA1275 LABORATORIO DR.P.PIGNATELLI SRL	Pagina	3 / 6
Esercizio	3 di 3	Stampato in Data	2014/01/24

Programma		Autoimmunit Reumatologica (AIRH432)						Scadenza Risultati				2013/ott/30		
ID Iscrizione	Risultato	Codice Problema	Statistiche Gruppo Omogeneo					Codice Gruppo Omogeneo: Descrizione	Criteri di Elaborazione					
			Risultati Pervenuti	Risultati GO	Media	DS	CV(%)		IDS	Flag	Risultati GO	IP	Target	DS

### Ab Anti ENA RNP70 U/mL

84910

A	< 0,2	11	5	3	0,57	0,43	75,8	AR:All Results	NE
B	4,4		5	5	34,00	22,26	65,5	AR:All Results	NE

Programma		Autoimmunit Reumatologica (AIRH432)						Scadenza Risultati				2013/ott/30	
ID Iscrizione	Risultato	Codice Problema	Flag	Risultati Pervenuti	Risultati GO	Risultati Accettabili	Risposta % GO: Metodo/Sottometodo	Strumento		Reagente			

### ANA - Qualitativo

84910

A	Positivo			18	1	Positivo	100% ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad PhD	Bio-Rad Kallestad HEp-2
B	Positivo			18	1	Positivo	100% ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad PhD	Bio-Rad Kallestad HEp-2

### ANA Titolo

84910

A	1:320		NE	21	1		ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad PhD	Bio-Rad Kallestad HEp-2
B	1:160		NE	21	1		ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad PhD	Bio-Rad Kallestad HEp-2

### ANA Aspetto

84910

A	nucleolare		NE	18	18		AR:	Bio-Rad PhD	
B	granulare		⊗	18	18	speckled	39% AR:	Bio-Rad PhD	
						Coarse speckled	33%		

Il campione A non è stato valutato per assenza di consenso.

**Flag di Elaborazione:** ❖ NE - risultato non elaborato; ⊗ - criteri di elaborazione ecceduti; ● - outlier statistico; N/A - Non Applicabile

**Codici Gruppo Omogeneo(GO):** AR-tutti i risultati; ME-metodo; SM-sottometodo; RM-ditta reagente; RG-gruppo reagente; RE-reagente; IM-ditta strumento; IG-gruppo strumento; ID-modello strumento

**Codici Problema:** 1(Mancata risposta); 2(Esito negativo - Richiesta di Esclusione); 11(AI di sotto del limite di sensibilità); 22(Risultato superiore al limite della curva); 33(Analizzatore guasto); 66(Campione non idoneo); 88(Test sospesi durante l'esercizio);

### Assistenza Oneworld Accuracy

support.it@oneworldaccuracy.com | tel +39 090.9023290 | fax +39 090.9023315 | www.oneworldaccuracy.com

Viale Regina Margherita 5 bis Messina, ME, 98122, ITALIA

## Sintesi Risultati del Laboratorio

Laboratorio	ITA1275 LABORATORIO DR.P.PIGNATELLI SRL	Pagina	4 / 6
Esercizio	3 di 3	Stampato in Data	2014/01/24

Programma	Autoimmunit Reumatologica (AIRH432)	Scadenza Risultati	2013/ott/30
ID Iscrizione	Risultato Codice Flag Risultati Risultati Risultati	Risposta % GO: Metodo/Sottometodo	Strumento Reagente
	Problema Pervenuti GO Accettabili		

### Ab Anti-ds-DNA - Qualitativo

84910

A	Negativo	⊗	17	1	Positivo	0%	ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad BioPlex 2200 System	Bio-Rad BioPlex 2200
B	Negativo		17	1	Negativo	100%	ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad BioPlex 2200 System	Bio-Rad BioPlex 2200

### Anti-ENA Screening - Qualitativo

84910

A	Positivo	⊗ NE	15	1			ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad BioPlex 2200 System	Bio-Rad BioPlex 2200
B	Positivo		15	1	Positivo	100%	ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad BioPlex 2200 System	Bio-Rad BioPlex 2200

Il campione A non è stato valutato per assenza di consenso.

### Ab Anti ENA Sm - Qualitativo

84910

A	Negativo		13	1	Negativo	100%	ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad BioPlex 2200 System	Bio-Rad BioPlex 2200
B	Positivo - Alto		13	1	Positivo	0%	ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad BioPlex 2200 System	Bio-Rad BioPlex 2200
					Positivo - Medio	0%			
					Positivo - Alto	100%			

### Ab Anti ENA Sm/RNP - Qualitativo

84910

A	Negativo		10	1	Negativo	100%	ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad BioPlex 2200 System	Bio-Rad BioPlex 2200
B	Positivo - Alto		10	1	Positivo	0%	ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad BioPlex 2200 System	Bio-Rad BioPlex 2200
					Positivo - Alto	100%			

### Ab Anti ENA Ro/SSA - Qualitativo

84910

A	Negativo		13	1	Negativo	100%	ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad BioPlex 2200 System	Bio-Rad BioPlex 2200
B	Negativo		13	1	Negativo	100%	ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad BioPlex 2200 System	Bio-Rad BioPlex 2200

Flag di Elaborazione: ⊗ NE - risultato non elaborato; ⊗ - criteri di elaborazione ecceduti; ● - outlier statistico; N/A - Non Applicabile

Codici Gruppo Omogeneo(GO): AR-tutti i risultati; ME-metodo; SM-sottometodo; RM-ditta reagente; RG-gruppo reagente; RE-reagente; IM-ditta strumento; IG-gruppo strumento; ID-modello strumento

Codici Problema: 1(Mancata risposta); 2(Esito negativo - Richiesta di Esclusione); 11(AI di sotto del limite di sensibilità); 22(Risultato superiore al limite della curva); 33(Analizzatore guasto); 66(Campione non idoneo); 88(Test sospesi durante l'esercizio);

### Assistenza Oneworld Accuracy

support.it@oneworldaccuracy.com | tel +39 090.9023290 | fax +39 090.9023315 | www.oneworldaccuracy.com

Viale Regina Margherita 5 bis Messina, ME, 98122, ITALIA

## Sintesi Risultati del Laboratorio

Laboratorio	ITA1275 LABORATORIO DR.P.PIGNATELLI SRL	Pagina	5 / 6
Esercizio	3 di 3	Stampato in Data	2014/01/24

Programma	Autoimmunit Reumatologica (AIRH432)	Scadenza Risultati	2013/ott/30
ID Iscrizione	Risultato Codice Flag Risultati Risultati Risultati	Risposta % GO: Metodo/Sottometodo	Strumento Reagente
	Problema Pervenuti GO Accettabili		

### Ab Anti ENA Ro52 - Qualitativo

84910

A	Negativo	7	1	Negativo	100%	ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad BioPlex 2200 System	Bio-Rad BioPlex 2200
B	Negativo	7	1	Negativo	100%	ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad BioPlex 2200 System	Bio-Rad BioPlex 2200

### Ab Anti ENA Ro60

84910

A	Negativo	3	1	Negativo	100%	ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad BioPlex 2200 System	Bio-Rad BioPlex 2200
B	Negativo	3	1	Negativo	100%	ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad BioPlex 2200 System	Bio-Rad BioPlex 2200

### Ab Anti ENA La/SSB - Qualitativo

84910

A	Negativo	13	1	Negativo	100%	ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad BioPlex 2200 System	Bio-Rad BioPlex 2200
B	Negativo	13	1	Negativo	100%	ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad BioPlex 2200 System	Bio-Rad BioPlex 2200

### Ab Anti ENA Sci-70 - Qualitativo

84910

A	Negativo	13	1	Negativo	100%	ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad BioPlex 2200 System	Bio-Rad BioPlex 2200
B	Negativo	13	1	Negativo	100%	ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad BioPlex 2200 System	Bio-Rad BioPlex 2200

### Ab Anti ENA Jo-1 - Qualitativo

84910

A	Negativo	13	1	Negativo	100%	ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad BioPlex 2200 System	Bio-Rad BioPlex 2200
B	Negativo	13	1	Negativo	100%	ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad BioPlex 2200 System	Bio-Rad BioPlex 2200

### Ab Anti ENA CENP-B - Qualitativo

84910

A	Negativo	8	1	Negativo	100%	ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad BioPlex 2200 System	Bio-Rad BioPlex 2200
B	Negativo	8	1	Negativo	100%	ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad BioPlex 2200 System	Bio-Rad BioPlex 2200

Flag di Elaborazione: ❖ NE - risultato non elaborato; ☹ - criteri di elaborazione ecceduti; ⚡ - outlier statistico; N/A - Non Applicabile

Codici Gruppo Omogeneo(GO): AR-tutti i risultati; ME-metodo; SM-sottometodo; RM-ditta reagente; RG-gruppo reagente; RE-reagente; IM-ditta strumento; IG-gruppo strumento; ID-modello strumento

Codici Problema: 1(Mancata risposta); 2(Esito negativo - Richiesta di Esclusione); 11(AI di sotto del limite di sensibilità); 22(Risultato superiore al limite della curva); 33(Analizzatore guasto); 66(Campione non idoneo); 88(Test sospesi durante l'esercizio);

### Assistenza Oneworld Accuracy

support.it@oneworldaccuracy.com | tel +39 090.9023290 | fax +39 090.9023315 | www.oneworldaccuracy.com

Viale Regina Margherita 5 bis Messina, ME, 98122, ITALIA

## Sintesi Risultati del Laboratorio

Laboratorio	ITA1275 LABORATORIO DR.P.PIGNATELLI SRL	Pagina	6 / 6
Esercizio	3 di 3	Stampato in Data	2014/01/24

Programma	Autoimmunit Reumatologica (AIRH432)	Scadenza Risultati	2013/ott/30
ID Iscrizione	Risultato Codice Flag	Risultati Pervenuti	Risultati GO
	Problema		Risultati Accettabili
		Risposta %	GO: Metodo/Sottometodo
		Strumento	Reagente

### Ab Anti P Ribosomiale - Qualitativo

84910

A	Negativo		5	1	Negativo	100%	ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad BioPlex 2200 System	Bio-Rad BioPlex 2200
B	Negativo		5	1	Negativo	100%	ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad BioPlex 2200 System	Bio-Rad BioPlex 2200

### Ab Anti ENA RNP70 - Qualitativo

84910

A	Negativo		2	1	Negativo	100%	ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad BioPlex 2200 System	Bio-Rad BioPlex 2200
B	Positivo - Medio	⊕	2	1			ID: Immunodosaggio/Fluorescenza	Bio-Rad BioPlex 2200 System	Bio-Rad BioPlex 2200

**Flag di Elaborazione:** ❖ NE - risultato non elaborato; ⊕ - criteri di elaborazione ecceduti; ● - outlier statistico; N/A - Non Applicabile

**Codici Gruppo Omogeneo(GO):** AR-tutti i risultati; ME-metodo; SM-sottometodo; RM-ditta reagente; RG-gruppo reagente; RE-reagente; IM-ditta strumento; IG-gruppo strumento; ID-modello strumento

**Codici Problema:** 1(Mancata risposta); 2(Esito negativo - Richiesta di Esclusione); 11(AI di sotto del limite di sensibilità); 22(Risultato superiore al limite della curva); 33(Analizzatore guasto); 66(Campione non idoneo); 88(Test sospesi durante l'esercizio);

### Assistenza Oneworld Accuracy

support.it@oneworldaccuracy.com | tel +39 090.9023290 | fax +39 090.9023315 | www.oneworldaccuracy.com

Viale Regina Margherita 5 bis Messina, ME, 98122, ITALIA