



Analita: **CDT** %

N° Risposte totali: 114

Sottogruppo: **CDT (D/T)** %

	N.	Out	Media	C.V.	S.D.	Med.na
Tutti	95	7	0.88	33.5	0.3	0.8
Tuo Metodo	47	0	1.20	20.0	0.2	1.2

Campione	4 (Scad. 29/07/2013)
Tuo risultato	1.1 - NEGATIVO

	Diff. S	Diff. %
Tutti	0.74	25.00
Tuo Metodo	-0.50	-8.33

Campioni					
1	2	3	4	5	6
○	○	○	○		

○ = Interno X = Esterno rispetto ai limiti dichiarati

N. risultati numerici	95
N. risultati semiquantitativi/qualitativi	0

Riepilogo x Metodo risultati numerici (> 7 Centri)							
Metodo	N.	Out	M.	C.V.	Pos	Ne	Du
ELETTRO.SI CAP.(Dis./Tot.)	48	2	0.64	14.5	2	24	
HPLC	47	0	1.20	20.0	19		
ELETTRO.SI CAP.	13	2	0.78	27.9		7	

Tuo Metodo
HPLC

